

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSO**

Nº DE ALERTA: 2020-481	REFERENCIA PS/CV/CEL/4599
PRODUCTO Mascarilla de anestesia, mascarilla protectora, mascarilla médica y mascarilla quirúrgica desechable.	
FABRICANTE Shen Zhen Moph Biotech Co. Ltd, No.63 Guiyue Road, Qiping Community, Guanlan Street, Longhua New Zone, 518110 Shenzhen, Guangdong, China	
REPRESENTANTE AUTORIZADO Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe), Eiffestrasse 80, 20537 Hamburgo, Alemania.	
ASUNTO Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso. Lo que se comunica a efectos de control de mercado.	
INFORMACIÓN ADICIONAL Datos del certificado CE falso: <ul style="list-style-type: none"> • Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123) • Número de certificado: G1 002317 0002 Rev.00 • Fabricante: Shen Zhen Moph Biotech Co. Ltd • Representante autorizado: Shanghai International Holding Corporation GmbH (Europe) • Producto: Mascarilla de anestesia, mascarilla protectora, mascarilla médica y mascarilla quirúrgica desechable • Fecha de emisión: 20 marzo 2020 • Fecha de caducidad: 10 agosto 2021 <p>Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/</p>	
DOCUMENTOS ADJUNTOS Certificado de marcado CE falso	

