

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSO**

Nº DE ALERTA: 2020-490	REFERENCIA PS/CV/CEL/4609
PRODUCTO Guantes quirúrgicos de látex no estériles, guantes de examen de látex , guantes de nitrilo para examen, guantes de plástico, guantes de vinilo, guantes domésticos, mascarilla desechable, gorro, delantal, batas, cubre zapatos y leggings.	
FABRICANTE UAB Kostadena, Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisves pr. 60, Lituania	
ASUNTO Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso. Lo que se comunica a efectos de control de mercado.	
INFORMACIÓN ADICIONAL Datos del certificado CE falso: <ul style="list-style-type: none">• Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123)• Número de certificado: G2S 12 03 62218 009• Fabricante: UAB Kostadena• Producto: Guantes quirúrgicos de látex no estériles, guantes de examen de látex , guantes de nitrilo para examen, guantes de plástico, guantes de vinilo, guantes domésticos, mascarilla desechable, gorro, delantal, batas, cubre zapatos y leggings• Fecha de emisión: 21 marzo 2018• Fecha de caducidad: 17 abril 2021 <p>Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/</p>	
DOCUMENTOS ADJUNTOS Certificado de marcado CE falso	

