

**ALERTA DE CONTROL DE MERCADO DE PRODUCTOS SANITARIOS
CERTIFICADO DE MARCADO CE FALSO**

Nº DE ALERTA: 2020-493	REFERENCIA PS/CV/CEL/4612
PRODUCTO Dispositivos de protección respiratoria según EN 149: 2001-A1: 2009, mascarilla filtrante para proteger contra partículas modelo: FFP2, FFP3,3M(1860 y 1860S, 8201V, 9001,9100,8210V) y otros.	
FABRICANTE LÖFFL & HOLZNER GMBH, JOHANNISPL. 7, 84405 DORFEN, ALEMANIA	
ASUNTO Detección en el mercado europeo de un certificado de marcado CE falso. Lo que se comunica a efectos de control de mercado.	
INFORMACIÓN ADICIONAL Datos del certificado CE falso: <ul style="list-style-type: none"> • Organismo Notificado y nº de identificación: TÜV SÜD Product Service GmbH (0123) • Número de certificado: G1 16 11 11858 057 • Fabricante: LÖFFL & HOLZNER GMBH • Producto: Dispositivos de protección respiratoria según EN 149: 2001-A1: 2009, mascarilla filtrante para proteger contra partículas modelo: FFP2, FFP3,3M(1860 y 1860S, 8201V, 9001,9100,8210V) y otros • De acuerdo a la información que figura en el certificado se trata de un certificado de sistema completo de garantía de calidad de acuerdo a la Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios, sin embargo los productos incluidos en el mismo no se consideran productos sanitarios. • Fecha de emisión: 21 enero 2017 • Fecha de caducidad: 20 enero 2022 <p>Ver información sobre productos sanitarios especialmente utilizados durante la COVID-19 que han sido detectados en el mercado y no cumplen la regulación: https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%e2%80%9119/informacion-sobre-productos-sanitarios-especialmente-utilizados-durante-la-covid-19-que-han-sido-detectados-en-el-mercado-y-no-cumplen-la-regulacion/</p>	
DOCUMENTOS ADJUNTOS Certificado de marcado CE falso	

